

## فهرست تجهیزات آزمون آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی

### در حوزه وسایل نازل های CNG

ردیف	نام وسیله	ظرفیت / گستره اندازه گیری / مقدار نامی	زینہ / رده درستی / تعداد
۱	مستر فلومیتر مرجع	مطابق استاندارد OIML R139	-

▪ در شرایط عادی دوره اعتبار گواهینامه کالیبراسیون مستر فلومیتر شش ماه می باشد.